



Centre Suisse de Contrôle de Qualité  
Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle  
Centro Svizzero di Controllo della Qualità  
Quality Control Centre Switzerland

2 chemin du Petit-Bel-Air  
CH-1225 Chêne-Bourg

P.P. CH - 1225 Chêne-Bourg    Poste CH SA

Willi Fox GmbH Medizinalprodukte  
Frau Sandra Kohlbrenner  
Pfluggässlein 14  
4001 Basel

Chêne-Bourg, 2021-11-16

## Ringversuchsbericht der externen Qualitätskontrolle 21-10-SO

Sehr geehrte Damen und Herren

Dieser Schlussbericht bezieht sich auf den erwähnten Ringversuch. Ihre Resultate wurden streng vertraulich behandelt. Bitte lesen Sie die Informationen aufmerksam durch. Wir stehen Ihnen gerne für allfällige Fragen zur Verfügung.

### Allgemeine Bemerkungen zum Ringversuch


---

Insgesamt sind die Resultate ausgezeichnet.

## Zusammenfassung Ihres Berichtes zum Ringversuch

Code	Analyt	Einheit	Zielwert	Ihr Resultat	FAC Auswertung	QUALAB Auswertung
751	F-Okkultes Blut, ql		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	keine Vorgabe

### F-Okkultes Blut, ql [751]



#### Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät	
Resultat :	Positiv	
QUALAB Auswertung :	keine Vorgabe	
QUALAB Bereich :	--	
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet)	
Z-Score :	--	
Methode	Immunolog. [056]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	105	115
Zielwert :	Positiv	Positiv
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	

### Kommentare zu den Resultaten

- Für die S1-Probe ist das erwartete Resultat « positiv ».
- Unsere Kontrollproben (S1) werden vor dem Versand immer mit Reagenzien der Methoden Guajak und Immunologisch getestet.
- Wir empfehlen den Teilnehmern, welche ein falsch negatives Resultat erhalten haben, dieses mit einer neuen Probe zu überprüfen (beim CSCQ bestellen, solange Vorrat).

Anzahl eingeschriebene Laboratorien	125
Anzahl Teilnehmer	115
Teilnahme (%)	92

### Mitteilung

Ab Februar 2022 bietet das CSCQ ein Programm mit vier Pilot-Ringversuchen für die quantitative Messung vom okkulten Blut an. Falls Ihr Labor an einer Teilnahme interessiert ist, bitten wir Sie die unten stehende Tabelle auszufüllen und uns per Email (cscq@hcuge.ch) zurückzusenden:

Parameter	Gerät	Lab-Nr.
<input type="checkbox"/> okkultes Blut, quantitativ		

### Versanddaten der Proben für Ihre nächsten Ringversuche

24. Januar 2022, 28. März 2022, 04. Juli 2022, 03. Oktober 2022

## Genehmigung

---

Bericht genehmigt von:

D. Kessler (Direktorin), M.-A. Perles (Ringversuchsbeauftragte), S. Mancino (Ringversuchsbeauftragte)

Dieses Programm ist im Bereich der Akkreditierung  
inbegriffen.



Services suisses d'essais d'aptitude  
Schweizerische Eignungsprüfungsdienststellen  
Servizi svizzeri di prove valutative interlaboratorio  
Swiss proficiency testing services

SPTS 0004

## Kontakt

---

CSCQ

2 chemin du Petit-Bel-Air

CH-1225 Chêne-Bourg

Tel.:

+41 (0) 22 305 52 31

Fax:

+41 (0) 22 305 52 38

E-mail:

cscq@hcuge.ch

Web:

www.cscq.ch

---

Vorgehensweise bei Nicht-Erfüllen der Beurteilungskriterien:

« Das Labor ist verpflichtet, den Ursachen ungenügender Resultate auf den Grund zu gehen und die entsprechende Dokumentation aufzubewahren (mind. 5 Jahre), in Papierform und/oder elektronisch. Sind die Beurteilungskriterien und die Erfüllungskriterien für einen Parameter nicht erfüllt, muss das Labor zur Besprechung der Probleme mit dem Qualitätskontrollzentrum Kontakt aufnehmen um den Ursprung des Problems zu suchen. »

QUALAB, Externe obligatorische Qualitätskontrolle, 2021, Kapitel 4.3.2.

---

Ohne gemeinsame Bewilligung des Teilnehmers und des CSCQ dürfen Auszüge dieses Berichtes nicht kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.