Centre Suisse de Contrôle de Qualité
Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle
Centro Svizzero di Controllo della Qualità
Quality Control Centre Switzerland

2 chemin du Petit-Bel-Air
CH-1225 Chêne-Bourg

P.P. CH - 1225 Chêne-Bourg Poste CH SA

Willi Fox GmbH Medizinalprodukte
Frau Sandra Kohlbrenner
Freie Strasse 45
4001 Basel

Chêne-Bourg, 2024-10-03

Ringversuchsbericht der externen Qualitätskontrolle 24-09-MA

Sehr geehrte Damen und Herren

Dieser Schlussbericht bezieht sich auf den erwähnten Ringversuch. Ihre Resultate wurden streng vertraulich behandelt. Bitte lesen Sie die Informationen aufmerksam durch. Wir stehen Ihnen gerne für allfällige Fragen zur Verfügung.

Allgemeine Bemerkungen zum Ringversuch ——————————————————————————

- Für einige Parameter und gemäss der angewandten Methode liegen nicht genügend Resultate (<7) vor, um eine robuste statistische Auswertung zu erlauben und einen Konsenszielwert zu errechnen. Sie können sich jedoch auf den Zielwert für alle Methoden beziehen. In der Grafik sehen Sie ebenfalls die Position Ihres Resultates im Vergleich zu den Resultaten der anderen Laboratorien.
- Bei Fragen zur Handhabung der Proben oder zum Bericht stehen wir gerne per E-Mail (cscq@hug.ch) oder per Telefon (022 305 52 36) zu Ihrer Verfügung.

© CSCQ

Zusammenfassung Ihres Berichtes zum Ringversuch

Code	Analyt	Einheit	Zielwert	Ihr Resultat	FAC Auswertung	QUALAB Auswertung
371	S-Troponin I ql		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	keine Vorgabe
372	S-CK - MB Masse ql		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	keine Vorgabe
373	S-Myoglobin ql (Schnelltest)		Positiv	Positiv	Ausgezeichnet	keine Vorgabe

S-Troponin I ql [371]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät
Resultat :	Positiv
QUALAB Auswertung :	keine Vorgabe
QUALAB Bereich :	--
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet)
Z-Score :	--

Methode Trop-I Ql [897]

Anzahl Teilnehmer :	1
Zielwert :	Positiv
Unsicherheit :	--
SD :	--
VK :	--

S-CK - MB Masse ql [372]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät
Resultat :	Positiv
QUALAB Auswertung :	keine Vorgabe
QUALAB Bereich :	--
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet)
Z-Score :	--

Methode CKMB Ql [898]

Anzahl Teilnehmer :	1
Zielwert :	Positiv
Unsicherheit :	--
SD :	--
VK :	--

© CSCQ

S-Myoglobin ql (Schnelltest) [373]



Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät
Resultat :	Positiv
QUALAB Auswertung :	keine Vorgabe
QUALAB Bereich :	--
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet)
Z-Score :	--

Methode	**Myogl. Ql** [899]
Anzahl Teilnehmer :	1
Zielwert :	Positiv
Unsicherheit :	--
SD :	--
VK :	--

Kommentare zu den Resultaten

Insgesamt sind die Resultate ausgezeichnet und den Richtwerten der Proben-Hersteller (Unterauftragnehmer) sehr ähnlich.

Versanddaten der Proben für Ihre nächsten Ringversuche

21. Oktober 2024, 24. Februar 2025, 19. Mai 2025, 25. August 2025

Genehmigung

Bericht genehmigt von:

D. Kesseler (Direktorin), M.-A. Perles (Ringversuchsbeauftragte), S. Mancino (Ringversuchsbeauftragte)

Dieses Programm ist im Bereich der Akkreditierung inbegriffen.

SPTS 0004

Services suisses d'essais d'aptitude
Schweizerische Eignungsprüfungsdienststellen
Servizi svizzeri di prove valutative interlaboratorio
Swiss proficiency testing services

Kontakt

CSCQ
2 chemin du Petit-Bel-Air
CH-1225 Chêne-Bourg

Tel.: +41 (0) 22 305 52 31
Fax: +41 (0) 22 305 52 38
E-mail: cscq@hug.ch
Web: www.cscq.ch

Jedes Labor muss möglichen Ursachen für als «nicht konform» ausgewerteten Resultaten nachgehen (s. CSCQ-Teilnehmerhandbuch). Nach Abschluss erhaltene Resultate werden nicht in der Statistik berücksichtigt.

Stabilität und Homogenität intern hergestellter Prüfgegenstände werden durch das CSCQ überprüft. Diesbezüglich werden Proben von externen Anbietern von diesen kontrolliert und durch das CSCQ attestiert.

Ohne gemeinsame Bewilligung des Teilnehmers und des CSCQ dürfen Auszüge dieses Berichtes nicht kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.