



Centre Suisse de Contrôle de Qualité  
Schweizerisches Zentrum für Qualitätskontrolle  
Centro Svizzero di Controllo della Qualità  
Quality Control Centre Switzerland

2 chemin du Petit-Bel-Air  
CH-1225 Chêne-Bourg

P.P. CH - 1225 Chêne-Bourg Poste CH SA

Willi Fox GmbH Medizinalprodukte  
Frau Sandra Kohlbrenner  
Freie Strasse 45  
4001 Basel

Chêne-Bourg, 2024-09-30

## Ringversuchsbericht der externen Qualitätskontrolle 24-09-UB

Sehr geehrte Damen und Herren

Dieser Schlussbericht bezieht sich auf den erwähnten Ringversuch. Ihre Resultate wurden streng vertraulich behandelt. Bitte lesen Sie die Informationen aufmerksam durch. Wir stehen Ihnen gerne für allfällige Fragen zur Verfügung.

### Allgemeine Bemerkungen zum Ringversuch


---

- Es ist unerlässlich uns mindestens fünf Wochen vor Probenversand nicht nur über jeden Gerätewechsel zu informieren (falls es sich um eine automatische Ablesung handelt), sondern auch über jeden Wechsel Ihrer Teststreifen.
- Für die Labors welche nicht an einem der jährlichen Ringversuche teilnehmen konnten, bieten wir die Teilnahme an einem zusätzlichen Ringversuch an. Wir empfehlen den Teilnehmern, welche ein ungenügendes Resultat erhalten haben, dieses mit einer neuen Probe zu überprüfen (beim CSCQ bestellen, solange Vorrat).
- Als Hilfsmittel zur Interpretation und für die Eingabe Ihrer Resultate haben wir eine Übereinstimmungstabelle erarbeitet. Sie finden diese auf unserer Website ([www.cscq.ch](http://www.cscq.ch)): Startseite, «Unterlagen», «Anhänge», «Urinteststreifen - Tabelle für die Übereinstimmung».

## Zusammenfassung Ihres Berichtes zum Ringversuch

Code	Analyt	Einheit	Zielwert	Ihr Resultat	FAC Auswertung	QUALAB Auswertung
112	U-hCG Schwangerschaftstest, ql		Negativ	Negativ	Ausgezeichnet	Konform
127	Str-Relative Dichte		--	1,005	--	Konform
130	Str-Glucose		--	Neg/Normal	--	Konform
131	Str-Bilirubin		--	Negativ	--	Konform
132	Str-Ketone		--	Negativ	--	Konform
133	Str-Blut im Urin (Ery.-Hb)		--	Negativ	--	Konform
134	Str-pH		7	7	Ausgezeichnet	Konform
135	Str-Protein		--	Negativ	--	Konform
136	Str-Urobilinogen		--	Neg-Norm	--	Konform
138	Str-Nitrit		--	Negativ	--	Konform
145	Str-Leukozyten		--	Negativ	--	Konform

### U-hCG Schwangerschaftstest, ql [112]



#### Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

▼ Resultat : Negativ

QUALAB Auswertung : Konform

QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : 0 (Ausgezeichnet) ●

Z-Score : --

Methode Immunolog. [056]

Anzahl Teilnehmer : 305


○ Zielwert : Negativ

Unsicherheit : --

SD : --

VK : --

### Str-Relative Dichte [127]



#### Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

▼ Resultat : 1,005

QUALAB Auswertung : Konform

QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : -- (--) ●

Z-Score : --

Methode Rel.Dich.2 [846]

Anzahl Teilnehmer : 1 Alle 1262


○ Zielwert : -- 1,010

Unsicherheit : --

SD : --

VK : --

## Str-Glucose [130]



### Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

Resultat : Neg/Normal

QUALAB Auswertung : Konform


QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : -- (--) ●

Z-Score : --

Methode	Glucos. [965]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	4	1413
Zielwert :	--	Neg/ Normal
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	

## Str-Bilirubin [131]



### Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

Resultat : Negativ

QUALAB Auswertung : Konform


QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : -- (--) ●

Z-Score : --

Methode	Bilirub. [967]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	4	1340
Zielwert :	--	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	

## Str-Ketone [132]



### Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

Resultat : Negativ

QUALAB Auswertung : Konform


QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : -- (--) ●

Z-Score : --

Methode	Ketone [969]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	4	1393
Zielwert :	--	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	

## Str-Blut im Urin (Ery.-Hb) [133]




### Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät
Resultat :	Negativ
QUALAB Auswertung :	Konform
QUALAB Bereich :	--
FAC-Wert :	-- (--) ●
Z-Score :	--

Methode	Hb [971]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	3	649
Zielwert :	--	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	

## Str-pH [134]




### Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät
Resultat :	7
QUALAB Auswertung :	Konform
QUALAB Bereich :	--
FAC-Wert :	0 (Ausgezeichnet) ●
Z-Score :	--

Methode	Streifen [409]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	138	370
Zielwert :	7	7
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	

## Str-Protein [135]




### Ihre Resultate :

Gerät :	Ohne Gerät
Resultat :	Negativ
QUALAB Auswertung :	Konform
QUALAB Bereich :	--
FAC-Wert :	-- (--) ●
Z-Score :	--

Methode	Prot [973]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	5	1411
Zielwert :	--	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	

## Str-Urobilinogen [136]



### Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

Resultat : Neg-Norm

QUALAB Auswertung : Konform


QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : -- (--) ●

Z-Score : --

Methode	Urobil [975]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	4	1332
○ Zielwert :	--	Neg-Norm
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	

## Str-Nitrit [138]



### Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

Resultat : Negativ

QUALAB Auswertung : Konform


QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : -- (--) ●

Z-Score : --

Methode	Nitrit [977]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	4	1411
○ Zielwert :	--	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	

## Str-Leukozyten [145]



### Ihre Resultate :

Gerät : Ohne Gerät

Resultat : Negativ

QUALAB Auswertung : Konform

QUALAB Bereich : --

FAC-Wert : -- (--) ●

Z-Score : --

Methode	Leuko [979]	Alle
Anzahl Teilnehmer :	3	367
○ Zielwert :	--	Negativ
Unsicherheit :	--	
SD :	--	
VK :	--	

## Kommentare zu den Resultaten

---

Urinchemie, Urinteststreifen und Sediment: Insgesamt sind die Resultate ausgezeichnet.

## Versanddaten der Proben für Ihre nächsten Ringversuche

---

21. Oktober 2024, 24. Februar 2025, 19. Mai 2025, 25. August 2025

## Genehmigung

---

Bericht genehmigt von:

D. Kessler (Direktorin), S. Mancino (Ringversuchsbeauftragte), M.-L. Cartier (Ringversuchsbeauftragte)

Dieses Programm ist im Bereich der Akkreditierung  
inbegriffen.



Services suisses d'essais d'aptitude  
Schweizerische Eignungsprüfungsdienststellen  
Servizi svizzeri di prove valutative interlaboratorio  
Swiss proficiency testing services

SPTS 0004

## Kontakt

---

CSCQ

2 chemin du Petit-Bel-Air

CH-1225 Chêne-Bourg

Tel.: +41 (0) 22 305 52 31

Fax: +41 (0) 22 305 52 38

E-mail: [cscq@hug.ch](mailto:cscq@hug.ch)

Web: [www.cscq.ch](http://www.cscq.ch)

---

Jedes Labor muss möglichen Ursachen für als «nicht konform» ausgewerteten Resultaten nachgehen (s. CSCQ-Teilnehmerhandbuch). Nach Abschluss erhaltene Resultate werden nicht in der Statistik berücksichtigt.

Stabilität und Homogenität intern hergestellter Prüfgegenstände werden durch das CSCQ überprüft. Diesbezüglich werden Proben von externen Anbietern von diesen kontrolliert und durch das CSCQ attestiert.

---

Ohne gemeinsame Bewilligung des Teilnehmers und des CSCQ dürfen Auszüge dieses Berichtes nicht kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch.